eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



LASER PIKOSEKUNDOWY ND:YAG BEIJING SUPERLASER SL-YNS602

Zamawiający wycenę:	**Erste Leasing Sp. z o.o.** **ul. Kolorowa 8, Poznań**
Numer zlecenia:	89/06/08/2026/Erste Leasing ECR
Numer wewnętrzny:	NP6/00859/2025
Nr fabryczny:	250208033-1
Autor wyceny:	Przemysław Kalużny

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Erste Leasing.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.08.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu depozytowego zleceniodawcy w Tarczynie przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik.

Przedmiotem wyceny jest laser pikosekundowy, przeznaczony do wykonywania zabiegów kosmetologicznych i estetycznych. Urządzenie wykorzystuje technologię impulsowego lasera Nd, umożliwiającego selektywne oddziaływanie na barwnik znajdujący się w skórze. Zabiegi wykonywane przy jego użyciu mogą być stosowane m.in. do usuwania tatuaży i makijażu permanentnego, redukcji zmian pigmentacyjnych i przebarwień oraz wykonywania zabiegów ukierunkowanych na poprawę wyglądu i struktury skóry.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Laser pikosekundowy Nd:YAG
Producent:	Beijing Superlaser
Typ/model:	SL-YNS602
Numer fabryczny:	250208033-1
Czas pracy:	Brak danych
Rok produkcji:	02-2025

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wielkość plamki:	2–10 mm, regulowana
Częstotliwość impulsów:	1–10 Hz
Podstawowe długości fali:	1064 nm / 532 nm
Masa własna:	112kg
Zasilanie:	230V
Wymiary transportowe:	125 × 60 × 120 cm
Wyposażenie:	głowica zabiegowa **7-przegubowe ramię optyczne** pedał sterujący okulary ochronne przewód zasilający lejek do napełniania układu chłodzenia

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Podczas oględzin urządzenie znajdowało się w hali magazynowej, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Urządzenie podłączono do źródła zasilania i uruchomiono. Z uwagi na brak wykwalifikowanego operatora oraz warunków umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zabiegu nie wykonano próby funkcjonalnej z wykorzystaniem lasera. Nie weryfikowano parametrów emitowanej wiązki laserowej, poprawności działania systemu sterowania ani sprawności głowicy i poszczególnych końcówek zabiegowych. W związku z ograniczonym zakresem próby istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych niesprawności podczas eksploatacji urządzenia w rzeczywistych warunkach pracy.
Szczegółowy stan urządzenia zobrazowano w dokumentacji fotograficznej. Stan wizualny urządzenia oceniono jako dobry.
Dane identyfikacyjne i techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz materiałów producenta dostępnych na jego stronie internetowej. Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego urządzenia ani dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowych przeglądów technicznych.

CE:
Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.


ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA




Pico Nd:YAG laser machine
Model: SL-YNS602
M2001
Feb 2025
SN: 250208033-1
Input: 230V,50Hz 60HZ
Consult operating Instructions before use
Type B
Class 1
RoHS
FDA
ISO
EC REP
BREAKER
REFILL
FOOT SWITCH
50 m


1064nm
532nm
755nm
1320nm
Adjust Energy
1.5
4
0
80504
200
mJ
1
Hz
1320
nm
Indicate Light
Standby
PicoLaser

